



Desinfektionsplan für die Praxis

PSP-000614 07/2013

Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer	
 Haut & Hände Desinfektion	Hygienische Händedesinfektion	Vor und nach Patientenkontakt, nach Kontakt mit Blut und kontaminiertem Material, vor Blutentnahmen, Verbandwechsel etc. Bei erforderlicher viruzider Wirksamkeit.	DESCODERM ASEPTOMAN	konz. 30 Sek.	Ausreichende Menge gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.	
	Chirurgische Händedesinfektion	Vor operativen Eingriffen.	DESCODERM	konz. 1,5 Min.*	Ausreichende Menge gründlich in die trockenen Hände und Unterarme einreiben. Die Hände und Unterarme müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.	
	Hautdesinfektion: talgdrüsenarme Haut	Vor Injektionen und Punktionen.	ASEPTODERM	konz. 15 Sek.	Präparat aufsprühen, mit sterilisiertem Tupfer abreiben, nochmals aufsprühen. Einstichstelle muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden.	
		Vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen, sowie operativen Eingriffen.	ASEPTODERM GEFÄRBT	konz. mind. 1 Min.	Präparat mit sterilen Tupfern auftragen, Hautpartien vollständig benetzen. Haut muss über die Dauer der Einwirkzeit feucht gehalten werden.	
	Hautdesinfektion: talgdrüsenreiche Haut	Vor operativen Eingriffen.	ASEPTODERM GEFÄRBT	konz. 3 Min.**	Präparat mit sterilen Tupfern auftragen, Hautpartien vollständig benetzen. Haut muss über die Dauer der Einwirkzeit feucht gehalten werden.	
Schleimhautantiseptis	Vor diagnostischen Maßnahmen, sowie prä-, intra- und postoperativen Eingriffen.	SCHLEIMHAUT-ANTISEPTIKUM	Nach Herstellerangaben	Schleimhautbereich mit getränkten, sterilen Tupfern unverdünnt bestreichen.		
 Haut & Hände Reinigung	Händewaschung	- bei Arbeitsbeginn - bei sichtbarer Verschmutzung	DESCOSOFT SENSITIVE DESCOSAN DESCOSAN KAMILLENDUFT DESCOSOFT SALINA	gebrauchsfertig	Waschlotion aus dem Spender mit lauwarmem Wasser aufschäumen. Hände gründlich abspülen und sorgfältig mit weichen Einmalhandtüchern abtrocknen. Besonders die Fingerzwischenräume beachten.	
 Haut & Hände Pflege	Hand-/Hautpflege	- zwischendurch und bei Bedarf - am Arbeitsende	BIALIND JOBALAN	1-2 ml	Hautpflegecreme auf die Hände auftragen und gründlich einmassieren. Finger, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten.	
	Hautschutz	- vor Arbeitsbeginn - vor dem längeren Tragen von Handschuhen	DESOLIND PROTECT <i>prolind</i> Hautschutzcreme sensitive	1-2 ml	Hautschutzcreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze berücksichtigen.	
 Instrumente	Chirurgische Instrumente: Reinigung	Aufbereitung entsprechend der Risikobewertung und der gültigen Verfahrensweisung zur Instrumentenaufbereitung durchführen.				
		Direkt nach Gebrauch.	INSTRU PLUS (Vorreinigung)	2 % - 30 Min. 1 % - 1 Std.	Instrumente direkt nach Gebrauch in Anwendungslösung einlegen, auf vollständige Benetzung achten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mechanisch reinigen, unter fließendem Wasser abspülen, trocknen. Ggf. der Sterilisation zuführen. Herstellerangaben beachten!	
	Chirurgische Instrumente: Desinfektion	Direkt nach Gebrauch.	PERFEKTAN TB	3 % - 15 Min. 2 % - 30 Min. 1 % - 1 Std.	Zur desinfizierenden Reinigung Instrumente in Reinigungslösung einlegen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit geeignetem Wasser abspülen.	
		Nach erfolgter Reinigung.	DESCOTON FORTE DESCOTON EXTRA	3 % - 15 Min. 2 % - 1 Std. 2 % - 15 Min. 1,5 % - 30 Min. 1 % - 1 Std.	Zur manuellen Desinfektion Instrumente direkt nach erfolgter Reinigung in Anwendungslösung einlegen, auf vollständige Benetzung achten. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit mikrobiologisch einwandfreiem Wasser abspülen, trocknen, und sterilisieren. Herstellerangaben zur Aufbereitung beachten.	
	Ultraschallkopf	Direkt nach Gebrauch.	CLEANISEPT WIPES	konz. 1 Min. (konz. 2 Min. – Papova)	Den Ultraschallkopf vor der Anwendung mit dem Tuch sorgfältig abwischen. Nach der Anwendung mit mikrobiologisch einwandfreiem Wasser reinigen und mit einem Einmaltuch abtrocknen, ggf. mit einem CLEANISEPT WIPES Tuch abwischen. Herstellerangaben zur Aufbereitung beachten.	
	Masken, Schläuche, Anästhesiezubehör	Direkt nach Gebrauch.	DESCOTON EXTRA DESCOTON FORTE	2 % - 15 Min. 1,5 % - 30 Min. 1 % - 1 Std. 3 % - 15 Min. 2 % - 1 Std.	Material direkt nach Gebrauch in Anwendungslösung einlegen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen und von innen und aussen sorgfältig mit mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachspülen. Trocknen. Medizinprodukte der Risikoklasse > Kritisch A der Sterilisation zuführen. Herstellerangaben zur Aufbereitung beachten.	
flexible Endoskope, starre Endoskope und Optiken	Direkt nach Gebrauch.	INSTRU PLUS (Vorreinigung) DESCOTON FORTE DESCOTON EXTRA	2-5 % - 15 Min. 3 % - 15 Min. 2 % - 1 Std. 2 % - 15 Min. 1,5 % - 30 Min. 1 % - 1 Std.	Zur manuellen Reinigung Endoskop-Aussenmantel abwischen, Endoskope in die Lösung einlegen, Kanäle durchspülen und Bürstenreinigung durchführen. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit geeignetem Wasser spülen. Endoskope luftblasenfrei einlegen und mit Desinfektionsmittellösung durchspülen. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit mikrobiologisch einwandfreiem Wasser spülen und die Endoskope mit Hilfe von Druckluft trocknen.		
 Fläche	Patientennahe Flächen z. B. Liegen, Geräte	Direkt nach Gebrauch. Bei erforderlicher viruzider Wirksamkeit.	DESCOCEPT AF DESCOCEPT PUR BIGUANID FLÄCHE N OPTISAL N	konz. 1 Min. konz. 1 Min. 0,5 % - 1 Std. 0,5 % - 1 Std.	Flächen vollständig benetzen. Abtrocknen lassen. Alle Präparate können im ECO WIPES Spendersystem eingesetzt werden.	
	Fußboden im Behandlungszimmer	Arbeitstäglich. Bei Bedarf.	BIGUANID FLÄCHE N OPTISAL N DESCOSAL	0,5 % - 1 Std. 0,5 % - 1 Std. 0,5 % - 1 Std.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode, z. B. Bezugs-Wechsel-Methode. Nicht nachtrocknen.	
	Toiletten WC-Becken WC-Brille	Arbeitstäglich. Bei Bedarf. Bei erforderlicher viruzider Wirksamkeit.	DESCOCEPT AF DESCOCEPT PUR BIGUANID FLÄCHE N OPTISAL N	konz. 1 Min. konz. 1 Min. 0,5 % - 1 Std. 0,5 % - 1 Std.	Flächen vollständig benetzen. Abtrocknen lassen. Alle Präparate können im ECO WIPES Spendersystem eingesetzt werden.	
Sonstiges	Schutzkleidung zum mehrfachen Gebrauch	Bei Kontamination. Zu Dienstende.	THERMOTON WASHTEX	60 °C	Desinfizierendes Waschverfahren.	
	Arbeitskleidung	Nach Bedarf. Bei Kontamination.	THERMOTON WASHTEX	60 °C	Desinfizierendes Waschverfahren.	

* Für die chirurgische Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von 1,5 Min. gem. DGHM/VAH-Richtlinien sowie gem. EN 12791 gutachterlich bestätigt und gelistet.

** Für die Desinfektion talgdrüsenreicher Haut ist eine Einwirkzeit von 3 Min. gem. DGHM/VAH-Richtlinien gutachterlich bestätigt und gelistet.

Bei behördlich angeordneten Entseuchungen aufgrund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste d. Robert Koch Institutes (§18 IfSG) anzuwenden (Hände: **ASEPTOMAN VIRAL**, Flächen: **OPTISEPT**, Instrumente: **DESCOTON FORTE**). Regelmäßige Unterweisung über persönliche Hygiene, Verhalten bei Infektionsgefährdung und Maßnahmen zur Desinfektion und Sterilisation sind vorgeschrieben (BGR 250/BGV A1). Dieser Desinfektionsplan ist auf der Basis der Anforderungen der BGR 250 ein Standardplan, der auf die örtlichen Gegebenheiten adaptiert werden muss. Die Überprüfung auf Vollständigkeit liegt beim Anwender!